

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania o numerze „00007/00008\_ABM\_01/2023” uprzejmie prosimy Zamawiającego o ustosunkowanie się do poniższych pytań dotyczących **pakietu 1 i 5**.

**Pytanie nr 1:**

Pakiet 1- *Zwracamy się z prośbą o wydzielenie z pakietu 1 pozycji:*

*4,13,14,15,16,17,18,19,22,23, dzięki temu większa ilość dostawców może wziąć udział w postępowaniu i złożyć konkurencyjną ofertę.*

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie wyraża zgody na wydzielenie ww. pozycji do kolejnego osobnego pakietu.

W postępowaniu zostało wydzielone aż 14 pakietów, właśnie po to, aby zwiększyć konkurencyjność i umożliwić udział w postępowaniu większej ilości dostawców.

**Pytania nr 2,3,4 :**

*Pakiet 5:*

*W poz. 56 Pipety serologiczne 25 ml. sterylne. pakowane pojedynczo, produkt referencyjny Googlab cat# G33280011 lub produkt równoważny; 200 szt./opakowanie*

- *Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipet serologicznych spełniających parametry techniczne pakowanych w opakowania jednostkowe po 100 sztuk?*

*W poz.58 Pipety serologiczne 5 ml. sterylne. pakowane pojedynczo, produkt referencyjny Googlab cat# G33260011 lub produkt równoważny; 4x50 szt./opakowanie*

- *Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pipet serologicznych spełniających parametry techniczne pakowanych w opakowania jednostkowe po 300 sztuk?*

*W poz.59 Probówka wirówkowa typu "falkon", 50 mL, sterylna, apirogenna, produkt referencyjny Th.GEYER cat# 7696720 lub produkt równoważny; 300*

- *Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie probówek wirówkowych typu falkon spełniających parametry techniczne pakowanych w opakowania jednostkowe po 500 sztuk?*

**Odpowiedź:**

Zamawiający dla pozycji **56, 58 i 59** dopuszcza produkty konfekcjonowane w innych ilościach (inne ilości w opakowaniach zbiorczych), z zastrzeżeniem, że ilości sumarycznie będą zgodne z ilością z zamówienia wskazaną w kolumnie 5 w Formularzu zapytania ofertowego.



**Pytanie nr 5:**

Pakiet nr 5- W poz. 66 Filtr wirówkowy 0,2 µm, hydrofilowy PTFE, objętość 0,4 mL, dł. 45 mm, śr. 10.6 mm, niesterylny, produkt referencyjny Ultrafree-MC Centrifugal Filter 0.2 µm pore size, hydrophilic PTFE, 0.4 mL volume, non-sterile Millipore cat# UFC30LG25 lub produkt równoważny; 25szt/opakowanie

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtrów wirówkowych 0,2 µm membranie Bio-Insert dedykowanej do filtracji roztworów biologicznych o powierzchni filtracyjnej 0,3 cm<sup>2</sup>, max. objętości próbki 500 µl (objętość martwa <5 µl) w opakowaniu jednostkowym stanowiącym 24 sztuki.

**Odpowiedź:**

Zamawiający dla pozycji nr 66, zgadza się na zaoferowanie produktu o wskazanych parametrach, z założeniem, że zaoferowana ilość (sztuk filtrów) nie zmoże być mniejsza niż wskazana w Zapytaniu ofertowym, tj. 25 sztuk.

